

萧山区质量计量监测中心

检定证书

受理编号: J1707135

证书编号: 1801513

送检单位 杭州凯优特贸易有限公司  
计量器具名称 钢卷尺  
型号 / 规格 5m  
出厂编号 /  
制造单位 卡夫威尔  
检定依据 JJG4-2015  
检定结论 II级合格

批准人: 吴国伟

核验员: 高培兴

检定员: 洪飞鹏

(检定专用章)



检定日期 2018年01月03日

有效期至 2019年01月02日

---

1、本单位是国家法定计量检定机构

授权单位：浙江省质量技术监督局 计量授权证书号：（浙）法计（2003）33012号

2、检定所用计量标准：

名称：钢卷尺标准装置  
不确定度/准确度等级/  
最大允许误差：MPE:  $\pm (0.03+0.03L)$  mm  
计量标准证书号：[2009]杭量标浙证字第 003 号  
有效期：2020-12-04

3、本标准装置所适用的技术文件（编号、名称）：

JJG4-2015 《钢卷尺检定规程》

4、检定地点、环境条件：

地点：本中心实验室  
温度：19.0 °C 相对湿度：/ %  
以下空白